

Oznaczenie Zamówienia:

Radom, dnia 06.09.2021r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę Termometr zewnętrzny-System bezdotykowego pomiaru temperatury szt. 2.

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

opis przedmiotu zamówienia (*jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest rozbudowany – w załączniku*): Termometr zewnętrzny-System bezdotykowego pomiaru temperatury szt. 2,

- 1) termin wykonania zamówienia: do 15.10.2021r.
- 2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :posiadanie stosownych uprawnień,
- 3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej,
- 4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: zaopatrzenie@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Mirosław Jakuc,

- 5) termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty,
- 6) opis sposobu przygotowywania ofert:: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona.
 - a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim,
 - b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego,
 - c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie,
 - d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i paraflowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,

- e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert),
 - f) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę,
- 7) Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 30.09.2021 roku do godz. 14.00 na adres : zaopatrzenie@szpitalpsychiatryczny.radom.pl,
 - 8) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%,
 - 9) Wadium, o ile przewidziano: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

System bezdotykowego pomiaru temperatury

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	System bezdotykowego pomiaru temperatury z funkcją wykrywania maseczek	TAK
2	Skanowanie twarzy oraz pomiar temperatury w obszarze czoła	TAK
3	Skuteczne i natychmiastowe wykrywanie braku maseczki na twarzy	TAK
4	Dedykowany detektor termowizyjny do pomiaru temperatury	TAK
5	Wbudowany oświetlacz	światło IR/światło białe
6	Rozdzielczość kamery	2 miliony pikseli
7	Typ kamery	Szerokokątna
8	Odległość fokusowania kamery	500-1500mm
9	Balans bieli kamery	automatyczny
10	Rozmiar ekranu	8"
11	Rozdzielczość ekranu	800x1280
12	Czterordzeniowy procesor RK3288	TAK
13	Urządzenie może się łączyć za pomocą kabla Ethernet lub sieci WIFI	TAK
14	Wbudowane głośniki o mocy 2,5W	TAK
15	Wbudowane wejście USB	TAK
16	Wbudowany port RS232	TAK
17	Wbudowane specjalne wejście sygnałowe obsługujące otwieranie i zamykanie drzwi	TAK
18	Wbudowane wejście ethernet RJ45	TAK
19	Urządzenie mierzy temperaturę wielu osobom w jednym czasie	TAK
20	Biblioteka z zapisanymi twarzami do 30 000 rekordów	TAK
21	Odległość pomiaru temperatury	1m
22	Dokładność pomiaru temperatury	0,3°C
23	Zakres pomiaru temperatury	10-42°C
24	W momencie wykrycia wysokiej temperatury występuje alarm dźwiękowy	TAK
25	Zasilanie	12VDC (13,5W).
26	Wymiary terminala:	274x128x21mm.
27	Szybkość detekcji twarzy	<1s
28	Temperatura użytkowania	-20°C do 60°C