



**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym
26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1**

TELEFONY: Centrala 332-45-00

Izba Przyjęć 332-23-06

Fax: 332-15-08

www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

DZP-232/110/22

Radom, dnia 30.08.2022 r.

Wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia ofert

dot.: postępowania o zamówienie publiczne na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego” – 27/REG/22.

Zamawiający, tj. SWPZZPOZ Radomiu otrzymał zapytania dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia ofert dla w/w postępowania.

Pytanie 1. Waga lekarska elektroniczna z pomiarem wody i tłuszczu w organizmie – 1 szt.
W poz. 14 – parametry – Zamawiający opisuje „Podłączenie do komputera przez USB” natomiast w poz. 18 „wbudowany interfejs RS232”. Oferowana waga posiada port USB który jest rozwiązaniem lepszym/korzystniejszym dla Zamawiającego. Wbudowany port USB umożliwia podpięcie drukarki termicznej oraz przesłanie danych do komputera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego interfejsu RS 232 ale z wbudowanym portem USB.

DYREKTOR
Mirosław Ślifirczyk

20. MAZOWSZE