



**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym
26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1**

Telefony: Centrala: 48-332-45-00 Izba Przyjęć 48-332-23-06, Fax: 48-332-15-08
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl e-puap: /SWPZZPOZRadom/SkrzynkaESP

DZP-232/101/23

Radom, dnia 03.07.2023 r.

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na: „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup sprzętu medycznego” – 19/REG/23

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści
zaproszenia do złożenia oferty**

Zamawiający, tj. SWPZZPOZ Radomiu informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

WAGA – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wagi wyposażone we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe z odczytem wyniku z przodu wzrostomierza?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi zasilanej bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza wysyłkę firmą kurierską natomiast nie rezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg, zakresem TARA 300 kg i z dokładnością odczytu 100g ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp.Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wymagał będzie wag medycznych z legalizacją?

Odp. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach: 360 (szer.) x 440 (gł.) x 970 (wys.) mm?

Odp.Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy:

310 (szer.) x 360 (gł.) x 70 (wys.) mm ?

Odp.Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR

Mirosław Ślifirczyk