



**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym
26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1**

Telefony: Centrala: 48 332-45-00 Izba Przyjęć: 48 332-23-06, Fax: 48 332-15-08

www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

e-puap: /SWPZZPOZRadom/SkrzynkaESP

DZP-232/185/24

Radom, dnia 22.11.2024 r.

- Wykonawcy -

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na: „Dostawa pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi i glukometrów do SWPZZPOZ w Radomiu” – 32/REG/24

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści
zaproszenia do złożenia oferty**

Zamawiający, tj. SWPZZPOZ Radomiu informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie 1. Zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie testów paskowych innych niż GlucoDr o lepszych parametrach:

1. Zakres pomiaru 10-600 mg/dL
2. Czas pomiaru - 5 s
3. Objętość próbki krwi - 0,5 mikrolitra
4. Korekta hematokrytu w zakresie 0-70 %
5. Rodzaj próbki krwi: włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodków
6. Glukometr wyposażony w wyrzutnik pasków, podświetlany port paska, cyfry typu LED, spełnia normę ISO 15197:2013
7. Paski i płyny kontrolne ważne przez 6 mc od pierwszego otwarcia fiolki

W przypadku negatywnej odp. prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

p.s. System GlucoDr auto ma mniejszy zakres pomiaru tj. 20-600 mg/dL, nie jest dopuszczony do badania krwi noworodków, nie posiada podświetlanych cyfr typu LED, nie posiada podświetlanego portu paska, kapilara zasysająca próbkę krwi znajduje się w bocznej

części paska co utrudnia wykonywanie pomiaru. Paski i płyny mają krótsze terminy przydatności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy paskowe o parametrach wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Jednocześnie Zamawiający zmienia w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty w pozycji 1. pkt 3, nadając mu brzmienie:

„3. Zamawiający wymaga: „ górny ” zakres pomiaru minimum 600 mg/dl.”.

W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – OFERTA WYKONAWCY

DYREKTOR
Mirosław Ślifirczyk